

Comment imprimer et utiliser les modèles d'applicateurs CoolSculpting^{MD}

Ce fichier contient quatre modèles d'applicateurs CoolSculpting^{MD} (pages 2 à 4) :

CoolSmooth PRO^{MC} • CoolAdvantage^{MC} • CoolAdvantage Plus^{MC} • CoolAdvantage Petite^{MC}

Étape 1 : Imprimez les modèles d'applicateurs joints à ce fichier et gardez-les à portée de main pendant votre consultation virtuelle.

Conseils d'impression :

- Imprimez chaque modèle d'applicateur sur une feuille de papier blanche de 21,5 x 28 cm (8,5 x 11 pouces).
- Imprimez chaque modèle en « taille réelle » et « d'un seul côté » (certaines imprimantes réduisent la taille d'un document pour qu'il tienne dans un certain cadre et/ou sont configurées pour imprimer recto-verso).
- Découpez chaque modèle imprimé le long du côté extérieur.

Les modèles d'applicateurs CoolSculpting^{MD} sont uniquement destinés aux évaluations virtuelles.

Étape 2 : Votre prestataire de soins vous indiquera où et comment placer chaque modèle d'applicateur pour aider à établir votre plan de traitement CoolSculpting^{MD}.

- Veuillez noter que votre plan de traitement pourra être modifié lorsque votre prestataire de soins effectuera votre évaluation physique à la clinique.

Si vous êtes dans l'impossibilité d'imprimer les modèles d'applicateurs, veuillez vous procurer une règle de 30 cm (12 pouces) ou un ruban à mesurer pour la consultation virtuelle.

Si vous avez des questions, ou si vous avez besoin de plus d'aide, merci de contacter votre prestataire de soins avant la consultation virtuelle.

Utilisations

La technique CoolSculpting^{MD} permet de traiter les amas graisseux visibles sur la face externe et interne des cuisses, l'abdomen et les flancs, ainsi que les bourrelets situés sous le soutien-gorge, dans le dos, sous les fesses (également appelés banane sous-fessière) dans la partie supérieure des bras ainsi que dans les régions sous-mentonnière et sous-mandibulaire. Il ne s'agit pas d'un traitement pour perdre du poids.

Renseignements importants sur l'innocuité

CoolSculpting^{MD} ne convient pas à tous. CoolSculpting^{MD} est contre-indiqué chez les patients atteints de cryoglobulinémie, de la maladie des agglutinines froides ou d'hémoglobinurie froide paroxystique, chez ceux dont certaines parties du corps sont atteintes de troubles de la circulation périphérique ainsi que chez les patientes enceintes et allaitantes.

Demandez à votre patient s'il présente des affections médicales comme une hernie, des sensibilités ou des allergies et s'il a subi une intervention chirurgicale récemment. Au cours de l'intervention, les patients pourront ressentir une traction, un tiraillement, un léger pincement, un froid intense, des fourmillements, des picotements, des douleurs et des crampes à l'endroit traité. Ces sensations se dissiperont une fois la zone visée engourdie. À la suite de l'intervention, les effets secondaires habituellement ressentis sont une rougeur temporaire, un gonflement, une décoloration, des hématomes, une rigidité, des fourmillements, des picotements, une sensibilité au toucher, des crampes, des douleurs, des démangeaisons ou une sensibilité de la peau ainsi qu'une sensation de pesanteur à l'arrière de la gorge après un traitement de la zone sous-mentonnière ou sous-mandibulaire. De rares effets secondaires peuvent aussi se manifester. Une hyperplasie adipeuse paradoxale (apparition d'une augmentation visible du volume tissulaire dans la zone traitée) peut apparaître entre 2 et 5 mois après le traitement et nécessite une intervention chirurgicale pour être corrigée. Comme pour n'importe quelle intervention médicale, un professionnel de la santé qualifié doit procéder à une consultation pour déterminer si le patient est un bon candidat pour le traitement. Consultez le manuel d'utilisation du système CoolSculpting^{MD} pour avoir une liste complète des contre-indications, des avertissements, des précautions et des effets secondaires potentiels. Il est déconseillé d'administrer des traitements qui ne correspondent pas à ceux décrits dans les lignes directrices.

Modèles d'applicateurs CoolSculpting^{MD}

**Les modèles d'applicateurs
CoolSculpting^{MD} sont uniquement
destinés aux évaluations virtuelles.**

 **coolsculpting[®]**



CoolAdvantage^{MC}

À des fins de démonstration seulement



 **coolsculpting[®]**



CoolAdvantage Petite^{MC}

À des fins de démonstration seulement



Modèles d'applicateurs CoolSculpting^{MD}

Page 3 sur 4

Les modèles d'applicateurs
CoolSculpting^{MD} sont uniquement
destinés aux évaluations virtuelles.

 **coolsculpting**[®]



CoolAdvantage Plus^{MC}

A des fins de démonstration seulement



Modèles d'applicateurs CoolSculpting^{MD}

Page 4 sur 4

**Les modèles d'applicateurs
CoolSculpting^{MD} sont uniquement
destinés aux évaluations virtuelles.**

 **coolsculpting[®]**



CoolSmooth PRO^{MC}

À des fins de
démonstration seulement

